

Verifica Esterna Qualità (VEQ) Esercizio 1/2010

Trasmissione dei risultati mediante sito web www.fcsa.it

- 1) Accedere all'area riservata del sito utilizzando lo specifico account che vi è stato assegnato. Utente **VEQn** con **n**=numero del vostro Centro FCSA.



Area Riservata - Autenticazione utente

Ogni Centro FCSA accreditato, dispone di un account (utente/password) per accedere a questa area riservata del sito.

Le funzionalità messe a disposizione consentono di modificare la scheda relativa ai dati del Vostro Centro FCSA.

Dopo aver modificato e 'salvato' la scheda è necessario stamparla ed inviarne una copia firmata alla Segreteria della Federazione (n° fax 02 50.320.723).

In caso di smarrimento o indisponibilità dell'account di accesso (utente/password) contattare la Segreteria al n° telefonico 02 54.50.989.

Utente

Password

Se non ricordate la password, inserite il numero del Centro

La password verrà inviata alla mail associata al Vostro Centro

- 2) Sarete immediatamente indirizzati alla compilazione della scheda VEQ. Inserite tutti i dati nel modo più completo possibile. Al termine **claccate sul bottone Salva.**

Valutazione esterna della qualità (VEQ)

DATI DEL LABORATORIO

Nome: LABORATORIO CENTRALE ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA

Ospedale/Struttura: _____

Indirizzo: _____

Referente: _____

e-mail Referente: _____

QUALORA LE INFORMAZIONI RELATIVE AL LABORATORIO NON FOSSERO CORRETTE, SIETE PREGATI DI CONTATTARE IL REFERENTE FCSA DEL VOSTRO CENTRO PER RICHIEDERE LA CORREZIONE DELLA 'SCHEDA CENTRO'

SCHEDA DI RACCOLTA DATI

Esercizio 3/2009

Termine ultimo raccolta dati: **15/02/2010**

Codice sistema.: ACL TOP

Codice reagente: RecombiPlasTin 2G, IL

Lotto.....: E1187772

ISI.....: 0.91

- pool del laboratorio (_____ sec.)
 calibratore (_____ sec.)
 MNPT del laboratorio (11.5 sec.)
 MNPT fornito dal produttore (_____ sec.)

ATTENZIONE: Cliccare con X e riportare il valore effettivamente utilizzato per il calcolo dell'INR. Se disponibili, riportare altri valori dei pool, calibratore e MNPT, anche se non usati abitualmente.

RISULTATI

Plasmi liofilizzati	secondi	INR	Note campione
A	29.1	2.33	_____
B	12.2	1.04	_____
C	44.1	3.40	_____

Salva >

Invio DEFINITIVO

La scheda **NON VERRA' PRESA IN CONSIDERAZIONE** e sarà modificabile fino a che non verrà effettuato un 'INVIO DEFINITIVO'

Dopo la conferma di questa operazione la scheda non sarà più modificabile

In questo modo i dati saranno registrati sul database online ed associati al vostro Centro.

- 3) Dopo il salvataggio si abiliterà il bottone *Invio DEFINITIVO*.
Se confermate i dati inseriti cliccate su questo bottone, solo dopo questa operazione la vostra scheda verrà presa in considerazione e non sarà più modificabile.
Se invece notate qualche errore, potete correggerlo per poi cliccare nuovamente su *Salva*.

ISI.....:

pool del laboratorio (sec.)
 calibratore (sec.)
 MNPT del laboratorio (sec.)
 MNPT fornito dal produttore (sec.)

ATTENZIONE: Cliccare con X e riportare il valore effettivamente utilizzato per il calcolo dell'INR. Se disponibili, riportare altri valori dei pool, calibratore e MNPT, anche se non usati abitualmente.

RISULTATI			
Plasmi liofilizzati	secondi	INR	
A	<input type="text" value="29.1"/>	<input type="text" value="2.33"/>	
B	<input type="text" value="12.2"/>	<input type="text" value="1.04"/>	
C	<input type="text" value="44.1"/>	<input type="text" value="3.40"/>	

Windows Internet Explorer

! Aggiornamento database eseguito correttamente

OK

La scheda **NON VERRA' PRESA IN CONSIDERAZIONE** e sarà modificabile fino a che non verrà effettuato un 'INVIO DEFINITIVO'

Dopo la conferma di questa operazione la scheda non sarà più modificabile